



# 消费品召回计划



生产者名称	广东裕鑫丰智造电子科技有限公司		
产品名称	KN95 防护口罩	品牌	裕鑫丰
型号/规格	9001V		
生产起止日期	20200428-20200515	涉及数量	12000 盒 (最小销售包装为 25 个/盒, 共 30 万个)
			个)
生产批号/批次	20200428		
召回启动时间	2020/09/10	计划完成时间	2020/12/10
产品描述及外观照片	KN95 口罩, 规格 9001V 		

存在的缺陷	产品存在过滤效率不足和泄漏性不符合安全要求的问题,可能导致口罩防护效果受影响,存在一定安全隐患。
避免损害发生的应急处置方式	未流入到消费者手中,暂未对消费者造成影响,要求持有受影响的口罩产品销售商停止销售
具体召回措施	重新更换合格的 KN95 口罩给客户,承担召回产生的有关费用。
召回负责机构	广东裕鑫丰智造电子科技有限公司
召回联系方式	消费者可登录公司网站: <a href="http://www.yufingroup.com">www.yufingroup.com</a> 或拨打公司的联系电话: 0769-85708777, 了解具体信息
召回进度安排	2020年9月10日至2020年12月10日,告知客户有关召回具体事宜,为客户更换合格的 KN95 口罩。



其他需要报告的内容	据 2020 年 6 月 29 日青岛悠恩蜜钢铁贸易有限公司反映称我司该批次 KN95 防护口罩存在“过滤率”、泄漏性不合格问题。该批次 30 万只口罩没有向社会销售。
其他信息	相关用户也可以登录广东省市场监督管理局网站 ( <a href="http://amr.gd.gov.cn">http://amr.gd.gov.cn</a> ), 或拨打广东省市场监督管理局缺陷产品管理中心热线电话: 020-89232663, 了解更多信息。

